FICHE SUIVI QUOTIDIEN INFRA. / PERTEN

Bonneval Beauce et perche Coopérative Agricole L'IMAGINATION FERTILE

SITE : _____ N° APPAREIL : _____ SERIE : _____

	BLE TENDRE	ORGE	BLE DUR	COLZA
Variété				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
MOYENNE				
MOY. + 0.3				
MOY. - 0.3				

Mois : _____	BLE TENDRE	ORGE	BLE DUR	COLZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

AQ/SM/SMQ/FORMULAIRESGENERAUX/SUIVIQUOTIDIENINFRAPERTEN/EN7.1-5-2.xls/INDICE 02/06.19_Seule la version en ligne est en diffusion contrôlée par le service qualité. Merci de détruire les éventuelles versions papiers existantes dès la réception d'une nouvelle version.

Chaque mois une nouvelle carte de contrôle est à remplir.
Celle des mois précédents seront transmises au service qualité par fax ou e-mail et conservés au service qualité.
Les échantillons portent une identification notée sur l'étiquette et à reporter sur la carte de contrôle dans les encadrés série et variété.
Dans un premier temps, effectuer les mesures de chaque échantillon 10 fois (mesure en double toutes les heures sur 1/2 journée) pour déterminer une valeur moyenne (= valeur cible).

L'analyse
Chaque échantillon sera analysé **quotidiennement**.
Vérifier que la trémie et le tiroir sont propres.
Sélectionner la calibration correspondante au produit à controler.
Identifier l'analyse
Rejeter un résultat hors-norme
Noter le résultat sur la ligne correspondante

Alarme
Alerter le service qualité si un des cas suivants est constaté :
- 1 point en dehors des limites "moyenne +/- 0.3"
- 2 points sur 3 d'affilée en dehors de la zone "moyenne +/- 0.2"
- 9 points d'affilé au dessus ou en dessous de la moyenne

Cas particuliers
En cas de mélange ou perte de grain, l'échantillon sera remplacé.
En cas d'oubli de contrôle, laisser vierge la ligne correspondante à cette date.